	TIPO	NOTE	RICHIESTE	UTILIZZO	IMPUREZZE							CAPACITA'			TITOLO					
					H2O	O2	CO + CO2	N2	H2	CnHn	PRESSIONE	BOMBOLA (o PACCO)			purezza %	quantità M3/KG	pacchi	bombole	N.	costo unitario/m3 o kg
					ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	bar	litri	kg	m3						
1	ARGON			ICP-OES, ICP-MS, GC, LC	<=0.5	<=0.1				<=0.1	200	>=40		>=8.8	>=99.9999	2500				
2	ARGON	PACCO DA 16		ICP-OES, ICP-MS, GC, LC	<=0.5	<=0.1				<=0.1	200	>=640		>=128	>=99.9999		7			
3	ARGON										200	14			>=99.999			15		
4	ARIA			PROCESSO, GC, LC, FAA, F	<=3		<=2			<=0.1	200	>=40		>=8	>=99.999	600				
5	AZOTO			GC, LC, INERTE	<=3	<=2				<=0.5	200	14		>=2.8	>=99.999			2		
6	AZOTO		SENZA TULIPANO	GC, LC, INERTE	<=3	<=2				<=0.5	200	>=40		>=8	>=99.999	2000				
7	DIOSSIDO DI CARBONIO	ANIDRIDE CARBONICA									3,3	14	>=10.5		>=99.995			6		
8	DIOSSIDO DI CARBONIO	ANIDRIDE CARBONICA										>=40			>=99.995	210				
9	ELIO			GC, LC, INERTE	<=3	<=2				<=0.5	200	>=40		>=8	>=99.999	1100				
10	ELIO			ANALISI ELEMENTARE, GC	<=0.5	<=0.1				<=0.1	200	>=40		>=8	>=99.9999	180				
11	OSSIGENO			ANALISI ELEMENTARE, GC	<=5			<=400		<=40	200	>=40		>=8.8	<=99.95	100				
12	OSSIGENO										200	>=40			<=99.999	40				
13	OSSIGENO			ANALISI ELEMENTARE, GC	<=2		<=0.5	<=5	<=0.5	<=1	200	14		3,1	<=99.999			10		
14	TRASPORTO BOMBOLE																		688	
15	TRASPORTO PACCHI																		6	